

Spett.le  
OI Pomodoro  
Parma

Parma 26 Luglio 2019

Si certifica che in data odierna sono stati effettuati i seguenti interventi sul rifrattometro come da Vs. richiesta (riferimento interno 130/19)

**Rifrattometro ATAGO Pen-PRO sn A203520**

verifica funzionamento:

- Calibrazione **Zero** con acqua distillata
- Lettura soluzioni standard: esito OK

STD °B	Identificativo unico del CRM	Scadenza	Lettura °B
0.00±0.02	S112200619BX000621	30/6/2021	<b>0.0 ±0.1</b>
20.00±0.02	S11320061BX200621	30/6/2021	<b>20.0±0.1</b>
50.00±0.02	S115200619BX500621	30/6/2021	<b>50.0±0.1</b>

Si certifica che lo strumento ha superato positivamente tutte queste verifiche e che i valori di lettura dello strumento rientrano nei limiti di accettabilità secondo le specifiche dichiarate dal produttore.

Cordiali Saluti  
Servizio Tecnico