

Spett.le
Jad B. Novi, Phd
OPEN FIELDS srl
Strada Madonna dell' Aiuto, 7/A
43126 Parma, Italia

Parma, 25 luglio 2023

RAPPORTO DI TARATURA

Si certifica che in data odierna sono stati effettuati le seguenti prove di verifica sul vs.
RIFRATTOMETRO B&S OPTi tascabile s.n. 009937, riferimento interno 133/2023, presso ns
sede:

Apparecchiatura: **Rifrattometro da laboratorio**

Fabbricante: **BELLINGHAM & STANLEY**

Modello: **OPTi tascabile Code: 38-34**

Numero di serie: **009937**

Campo Scala: **0 - 85 Brix**

Accuratezza: **±0.2 Brix**

Taratura richiesta: **Brix**

Informazioni tecniche

Osservazioni sull'oggetto della taratura.

L'apparecchiatura oggetto della taratura è impiegata su un processo di **LABORATORIO**.

Stato di conservazione: **BUONO**

Metodo di misura

Confronto con soluzioni zuccherine provenienti dal Laboratorio:

CHEMIFARM s.r.l. Laboratorio certificato **UNI EN ISO 9001:2015**

Riferibilità

Vedi certificati allegati

Tabella di taratura

Identificativo Univoco di CRM	Certificato n° Scadenza 31/12/25	Valore soluz/ campione	Incertezza campione	Lettura strumento	Errore di lettura	Limite di errore ammesso	Esito
S280210723BX001225	186 280/S23	0.00°B	±0.02	0.0	0.0	±0.2	POS
S281210723BX101225	186 281/S23	10.00°B	±0.02	10.1	+0.1	±0.2	POS
S282210723BX201225	186 282/S23	20.00°B	±0.02	20.2	+0.2	±0.2	POS
S283210723BX401225	186 283/S23	40.00°B	±0.02	40.1	+0.1	±0.2	POS
S284210723BX601225	186 284/S23	60.00°B	±0.02	59.9	-0.1	±0.2	POS

Esito taratura: **Positivo**

Si certifica che lo strumento ha superato positivamente tutte le verifiche indicate e che i valori di lettura rientrano nei limiti di accettabilità dello strumento e degli standard certificati utilizzati.

Data consigliata per prossima taratura: **25/7/2024**

Cordiali Saluti
Servizio Tecnico